

Xpert[®] Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

REF XP3COV2/FLU/RSV-10

Instruções de utilização

Para utilização com os sistemas GeneXpert[®] Dx ou
GeneXpert[®] Infinity

IVD CE

Declarações relativas a marcas registadas, patentes e copyright

Trademark, Patents, and Copyright Statements

Cepheid[®], the Cepheid logo, GeneXpert[®], and Xpert[®] are trademarks of Cepheid, registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

THE PURCHASE OF THIS PRODUCT CONVEYS TO THE BUYER THE NON-TRANSFERABLE RIGHT TO USE IT IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS FOR USE. NO OTHER RIGHTS ARE CONVEYED EXPRESSLY, BY IMPLICATION OR BY ESTOPPEL. FURTHERMORE, NO RIGHTS FOR RESALE ARE CONFERRED WITH THE PURCHASE OF THIS PRODUCT.

© 2021-2022 Cepheid.

See Section 24, Revision History for a description of changes.

Cepheid[®], o logótipo da Cepheid, GeneXpert[®], e Xpert[®] são marcas comerciais da Cepheid, registadas nos EUA e noutros países.

Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO ATRIBUI AO COMPRADOR O DIREITO NÃO TRANSFERÍVEL DE O UTILIZAR DE ACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO. NENHUNS OUTROS DIREITOS SÃO ATRIBUÍDOS EXPRESSAMENTE, POR IMPLICAÇÃO OU POR PRECLUSÃO. ALÉM DISSO, NÃO SE CONFEREM NENHUNS DIREITOS DE REVENDA COM A AQUISIÇÃO DESTE PRODUTO.

© 2021-2022 Cepheid.

Consulte uma descrição das alterações em Secção 24, Histórico de revisões.

Xpert[®] Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

1 Nome proprietário

Xpert[®] Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

2 Nome comum ou usual

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*

3 Utilização prevista

O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*, conduzido nos sistemas do instrumento GeneXpert, é um teste de RT-PCR multiplex em tempo real destinado à detecção qualitativa e diferenciação simultâneas *in vitro* de ARN dos vírus SARS-CoV-2, do vírus da gripe A, da gripe B e/ou do vírus respiratório sincicial em amostras nasofaríngeas ou nasais anteriores obtidas por zaragatoa, colhidas de indivíduos com sinais e/ou sintomas de infecção viral respiratória.

O ARN do SARS-CoV-2, da gripe A, da gripe B e do vírus respiratório sincicial que é identificado por intermédio deste teste é, de uma forma geral, detetável em amostras colhidas nas vias respiratórias superiores durante a fase de infecção aguda. Os resultados positivos são indicativos da presença do vírus identificado, mas não excluem infecção bacteriana ou coinfeção com outros agentes patogénicos não detetados pelo teste.

A correlação clínica com o histórico do paciente e outras informações de diagnóstico são necessárias para determinar o estado da infecção do paciente. O agente detetado pode não ser a causa definitiva da doença.

Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B e/ou vírus respiratório sincicial e não devem ser utilizados como a única base para o tratamento ou outras decisões sobre o tratamento dos pacientes. Os resultados negativos devem ser combinados com observações clínicas, histórico do paciente e/ou informações epidemiológicas.

4 Resumo e explicação

A 31 de dezembro de 2019, foi inicialmente relatado à Organização Mundial de Saúde (OMS) um surto de uma doença respiratória de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, na província de Hubei, China. ¹ As autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus (2019-nCoV) que, entretanto, se espalhou a nível mundial, resultando numa pandemia da doença de coronavírus 2019 (COVID-19). A COVID-19 está associada a vários resultados clínicos, incluindo infecção assintomática, infecção ligeira das vias respiratórias superiores, doença respiratória inferior grave, incluindo pneumonia e falha respiratória e, nalguns casos, morte. O Comité Internacional da Taxonomia de Vírus (ICTV) renomeou o vírus de SARS-CoV-2.²

A gripe (Influenza) é uma infecção viral contagiosa do trato respiratório. A transmissão do vírus Influenza ocorre principalmente por gotículas aerossolizadas (ou seja, tosse ou espirros), atingindo normalmente o pico nos meses de inverno. Os sintomas frequentes incluem febre, arrepios, cefaleias, mal-estar, tosse e congestão dos seios nasais. Podem também ocorrer sintomas gastrointestinais (por ex. náuseas, vómitos ou diarreia), principalmente em crianças, mas são menos comuns. Os sintomas surgem geralmente no prazo de até dois dias após a exposição a um indivíduo infetado. Pode verificar-se o desenvolvimento de pneumonia como complicação após uma infecção gripal, causando um aumento da morbidade e da mortalidade em populações de crianças, idosos e pacientes imunocomprometidos.^{3,4}

Os vírus Influenza são classificados em tipos A, B e C, sendo que os dois primeiros causam a maioria das infeções em seres humanos. O vírus Influenza A (vírus da gripe A) é o tipo mais frequente de vírus Influenza em seres humanos e é geralmente responsável por epidemias de gripe sazonais e tem o potencial de causar pandemias. O vírus da gripe A também pode infetar animais como aves, suínos e equídeos. As infeções por Influenza B (vírus da gripe B) limitam-se, geralmente,

a seres humanos e causam epidemias menos frequentemente. ⁵ Os vírus da gripe A são subdivididos em subtipos com base em duas proteínas de superfície: a hemaglutinina (H) e a neuraminidase (N). A gripe sazonal é normalmente causada pelos subtipos de Influenza A: H1, H2, H3, N1 e N2.

O vírus respiratório sincicial, um membro da família *Pneumoviridae* (anteriormente *Paramyxoviridae*), composto por duas estirpes (subgrupos A e B), é igualmente responsável por uma doença contagiosa que afeta principalmente bebês, idosos e outros adultos imunocomprometidos (p. ex., doentes com doença pulmonar crónica ou submetidos a tratamento para condições que reduzem a robustez do seu sistema imunitário). ⁶ O vírus pode causar infeções das vias respiratórias superiores, como constipações, e infeções das vias respiratórias inferiores que se manifestam sob a forma de bronquiolite e pneumonia. ⁶ Aos dois anos de idade, a maioria das crianças já foi infetada pelo vírus respiratório sincicial, mas pelo facto de apenas se desenvolver uma imunidade fraca, tanto crianças como adultos podem ser reinfectados. ⁶ O vírus respiratório sincicial continua a ser, a nível mundial, a principal causa de hospitalizações de bebês. ⁷ Os sintomas aparecem quatro a seis dias após a infeção, que é normalmente autolimitada, e que dura aproximadamente uma a duas semanas em bebês. Em adultos, a infeção dura cerca de 5 dias e apresenta-se com sintomas semelhantes a uma constipação, como rinorreia, fadiga, cefaleias e febre. A época do vírus respiratório sincicial é habitualmente idêntica à do vírus Influenza, uma vez que as infeções começam a aumentar durante o outono e duram até ao início da primavera.^{5,6}

Os vírus SARS-CoV-2, Influenza e o vírus respiratório sincicial apresentam-se muitas vezes com sintomas clínicos semelhantes, dificultando a diferenciação clínica entre as infeções. ⁸ Programas de vigilância ativa, em conjunto com precauções de prevenção de infeções, são componentes importantes na prevenção da transmissão do SARS-CoV-2, influenza e vírus respiratório sincicial. O recurso a ensaios que produzem resultados rápidos para identificar os pacientes infetados por estes vírus pode ser um fator importante para o controlo eficaz, a escolha adequada do tratamento e a prevenção de surtos generalizados.

5 Princípio do procedimento

O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus é um teste de diagnóstico *in vitro* automatizado para a deteção qualitativa e diferenciação simultâneas de ARN dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A, da gripe B e vírus respiratório sincicial mediante a utilização de um teste PCR (RT-PCR) por transcrição reversa. O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus é efetuado nos GeneXpert Instrument Systems (sistemas Dx e Infinity). Os primers e as sondas do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foram concebidos para amplificar e detetar sequências únicas nos genes nucleocapsídeos (N) e do invólucro (E), e ARN polimerase dependente de ARN (RdRP) do genoma do vírus SARS-CoV-2, na matriz (M) da gripe A, na polimerase básica (PB2) da gripe A, na proteína ácida (PA) da gripe A, na matriz (M) da gripe B, na proteína não estrutural (NS) da gripe B e nos genes nucleocapsídeos do vírus respiratório sincicial A e do vírus respiratório sincicial B.

Os GeneXpert Instrument Systems automatizam e integram a preparação de amostras, a extração e amplificação de ácidos nucleicos e a deteção das sequências-alvo em amostras simples ou complexas, utilizando ensaios de PCR em tempo real e RT-PCR. Os sistemas são constituídos por um instrumento, um computador e software pré-carregado para execução de testes e visualização dos resultados. Os sistemas requerem a utilização de cartuchos descartáveis de utilização única que contêm os reagentes para PCR/RT-PCR e onde decorre o processo de PCR/RT-PCR. Dado que os cartuchos são independentes, o risco de contaminação cruzada entre as amostras é minimizado. Para uma descrição completa dos sistemas, consulte o *GeneXpert Dx System Operator Manual* ou o *GeneXpert Infinity System Operator Manual*.

O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus inclui reagentes para a deteção de ARN dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A, da gripe B e vírus respiratório sincicial em amostras nasofaríngeas ou nasais anteriores obtidas por zaragatoa. Também estão incluídos no cartucho utilizado pelo instrumento GeneXpert um controlo de processamento da amostra (Sample Processing Control, SPC) e um controlo de verificação da sonda (Probe Check Control, PCC). O SPC está presente para controlar o processamento adequado da amostra e para monitorizar a presença de potencial(is) inibidor(es) na reação de RT-PCR. O SPC também garante que as condições da reação RT-PCR (temperatura e tempo) são adequadas para a reação de amplificação e que os reagentes de RT-PCR são funcionais. O PCC verifica a reidratação dos reagentes, o enchimento do tubo de PCR e confirma que todos os componentes da reação estão presentes no cartucho, incluindo a monitorização da integridade da sonda e da estabilidade dos corantes.

A amostra é colhida e colocada num tubo para transporte contendo 3 ml de meio de transporte viral, 3 ml de soro fisiológico ou 2 ml de eNAT™. A amostra é rapidamente misturada invertendo o tubo de colheita cinco vezes. Utilizando a pipeta de transferência, a amostra é transferida para a câmara de amostras do cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. O cartucho GeneXpert é carregado na plataforma do sistema do instrumento GeneXpert, que realiza o processamento da amostra automático, sem intervenção manual, e RT-PCR em tempo real para deteção de ADN viral.

6 Reagentes e instrumentos

6.1 Materiais fornecidos

O kit do Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus contém reagentes em quantidade suficiente para o processamento de 10 espécimes ou amostras para controlo de qualidade. O kit contém o seguinte:

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus Cartuchos com 10 tubos de reação integrados

- Esfera 1, Esfera 2 e Esfera 3 (liofilizadas) 1 de cada por cartucho
- Reagente de lise 1,0 ml por cartucho
- Reagente de fixação 1,0 ml por cartucho
- Reagente de eluição 3,0 ml por cartucho
- Reagente de lavagem 0,4 ml por cartucho

Pipetas de transferência descartáveis 10-12 por kit

Folheto 1 por kit

- As instruções para localizar (e importar) o ADF e documentação, tal como o folheto informativo, encontram-se em www.cepheid.com

Instruções para consulta rápida 2 por kit

(para utilização apenas com o sistema GeneXpert Xpress)

Nota

As fichas de dados de segurança (FDS) estão disponíveis em www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com no separador **ASSISTÊNCIA (SUPPORT)**.

Nota

A soroalbumina bovina (Bovine Serum Albumin, BSA) presente nas esferas deste produto foi produzida e fabricada a partir de plasma bovino proveniente exclusivamente dos EUA. Os animais não foram alimentados com nenhuma proteína de ruminante ou outra proteína animal e foram aprovados nos testes ante- e post-mortem. Durante o processamento, não houve mistura do material com outros materiais de origem animal.

7 Conservação e manuseamento

- Armazene os cartuchos Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus entre 2 °C e 28 °C.
- Não abra a tampa do cartucho até estar pronto para realizar o teste.
- Não utilizar um cartucho molhado ou com fuga.

8 Materiais necessários, mas não fornecidos

- Zaragatoa de ponta estriada de nylon (Copan P/N 502CS01, 503CS01) ou equivalente
- Meio de transporte viral, 3 ml (Copan P/N 330C) ou equivalente
- Soro fisiológico a 0,85-0,9% (p/v), 3 ml
- Nasopharyngeal Sample Collection Kit for Viruses (Cepheid P/N SWAB/B-100, Copan P/N 305C) ou equivalente
- Nasal Sample Collection Kit for Viruses (Cepheid P/N SWAB/F-100, Copan P/N 346C) ou equivalente
- Sistemas GeneXpert Dx ou GeneXpert Infinity (o número de catálogo varia consoante a configuração): instrumento GeneXpert, computador, leitor de código de barras e manual do utilizador.
- Para GeneXpert Dx System: software GeneXpert Dx versão 4.7b ou posterior
- Para os sistemas GeneXpert Infinity-80 e Infinity-48s: software Xpertise versão 6.4b ou posterior

9 Materiais disponíveis, mas não fornecidos

Estão disponíveis controlos externos sob forma de vírus inativados em ZeptoMetrix (Buffalo, Nova Iorque, EUA).

- Controlo positivo externo: N.º de catálogo NATFRC-6C (NATrol Flu/RSV/SARS-CoV-2)
- Controlo negativo externo: N.º de catálogo NATCV9-6C (NATrol Coxsackievirus A9)

Meio eNAT de colheita e preservação molecular de Copan Italy S.p.A. (Brescia, IT):

- Meio eNAT de colheita e preservação molecular, n.º de catálogo Copan 6U073S01
- Meio eNAT de colheita e preservação molecular, n.º de catálogo Copan 6U074S01

10 Advertências e precauções

10.1 Geral

- Para utilização em diagnóstico *in vitro*.
- Os resultados positivos são indicativos da presença de ARN do vírus da gripe A, da gripe B, vírus respiratório sincicial e SARS-CoV-2.
- Trate todas as amostras biológicas, incluindo os cartuchos usados, como sendo capazes de transmitir agentes infecciosos. Dado que é frequentemente impossível saber que amostras biológicas poderão ser infecciosas, todas devem ser manuseadas com precauções normais. Orientações para o manuseamento de amostras estão disponíveis nos CDC (Centers for Disease Control and Prevention)⁹ dos EUA e no Clinical and Laboratory Standards Institute.¹⁰
- Siga os procedimentos de segurança determinados pela sua instituição para trabalhar com químicos e manusear amostras biológicas.
- Consulte o folheto informativo de Copan eNAT® para informações de segurança e manuseamento.
- Evite o contacto direto entre o tiocianato de guanidina e o hipoclorito de sódio (lixívia) ou outros reagentes altamente reativos como ácidos e bases. Estas misturas podem libertar gás nocivo.
- Amostras biológicas, dispositivos de transferência e cartuchos usados devem ser considerados como tendo potencial de transmissão de agentes infecciosos que exigem precauções padrão. Siga os procedimentos relativos a resíduos ambientais da sua instituição relativamente à eliminação correta de cartuchos usados e reagentes não usados. Estes materiais podem apresentar características de resíduos químicos perigosos que exigem procedimentos de eliminação específicos. Se as regulamentações nacionais ou regionais não disponibilizarem uma indicação clara sobre a eliminação correta, as amostras biológicas e os cartuchos usados devem ser eliminados de acordo com as linhas de orientação relativas ao manuseamento e eliminação de resíduos médicos da OMS (Organização Mundial de Saúde).

10.2 Amostras

- Manter condições de conservação adequadas durante o transporte da amostra, para assegurar a integridade da amostra (consulte a Secção 12, Colheita, transporte e conservação de amostras). Não foi avaliada a estabilidade da amostra em condições de transporte que não as recomendadas.

10.3 Ensaio/reagente

- Não abra a tampa do cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, exceto ao adicionar a amostra.
- Não utilize um cartucho que tiver caído depois de o ter retirado da embalagem.
- Não agite o cartucho. Agitar ou deixar cair o cartucho após a abertura da respetiva tampa pode produzir resultados indeterminados.
- Não coloque o rótulo de ID da amostra na tampa do cartucho nem no rótulo de código de barras do cartucho.
- Não utilize um cartucho que tenha uma etiqueta de código de barras danificada.
- Não utilize um cartucho que tenha um tubo de reação danificado.
- Não utilize os reagentes após a sua data de expiração.
- Cada cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus de utilização única é utilizado para processar um teste. Não reutilizar cartuchos processados.
- Cada pipeta descartável de utilização única é utilizada para transferir uma amostra. Não reutilize pipetas descartáveis.

- Não utilize um cartucho se este parecer húmido ou se o selo da tampa parecer estar partido.
- Use batas e luvas limpas. Troque de luvas entre o processamento de cada amostra.
- Na eventualidade de derrame da amostra ou dos controlos, use luvas e absorva o derrame com toalhetes de papel. Em seguida, limpe minuciosamente a área contaminada com uma diluição a 10% de lixívia doméstica à base de cloro. Aguarde no mínimo dois minutos de tempo de contacto. Certifique-se de que a área de trabalho está seca antes de utilizar etanol a 70% desnatado para remover os resíduos de lixívia. Aguarde até que a superfície seque completamente antes de prosseguir. Em alternativa, siga os procedimentos padrão da sua instituição para casos de contaminação ou derrame. Relativamente ao equipamento, siga as recomendações do fabricante sobre a descontaminação do equipamento.

11 Perigos químicos^{11, 12}

- **Palavra-sinal: Atenção**
- **Advertências de perigo GHS da ONU**
 - Nocivo por ingestão
 - Pode ser nocivo em contacto com a pele
 - Causa irritação ocular
- **Recomendações de prudência GHS da ONU**
 - **Prevenção**
 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
 - **Resposta**
 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
 - **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

12 Colheita, transporte e conservação de amostras

A colheita, a conservação e o transporte adequados das amostras são fundamentais para o desempenho deste teste. A colheita inadequada e o manuseamento e/ou o transporte desadequados das amostras poderão produzir resultados falsos. Consulte Secção 12.1 para informações sobre o procedimento de recolha nasofaríngea por zaragatoa, e Secção 12.2 para informações sobre o procedimento de recolha nasal anterior por zaragatoa. As amostras nasofaríngeas e nasais anteriores obtidas por zaragatoa podem ser conservadas à temperatura ambiente (15 °C-30 °C), por um período máximo de 48 horas, num meio de transporte viral, soro fisiológico ou eNAT, até que o teste seja realizado no GeneXpert Instrument Systems. Em alternativa, as amostras nasofaríngeas e nasais anteriores obtidas por zaragatoa podem ser refrigeradas (2 °C-8 °C) até sete dias, num meio de transporte viral ou em soro fisiológico e até seis dias em eNAT, até que o teste seja realizado no GeneXpert Instrument Systems.

As amostras recolhidas para soro fisiológico não devem ser congeladas. Consulte as diretrizes da OMS: WHO Laboratory Biosafety Guidance Related to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

[https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-\(covid-19\)](https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19))

12.1 Procedimento de colheita de amostra de zaragatoa nasofaríngea

1. Insira a zaragatoa em qualquer uma das narinas, passando-a até à nasofaringe posterior (ver Figura 1).



Figura 1: Colheita de amostra de zaragatoa nasofaríngea

2. Rode a zaragatoa, esfregando a nasofaringe várias vezes, com firmeza.
3. Retire a zaragatoa e coloque-a no tubo contendo 3 ml de meio de transporte viral, 3 ml de soro fisiológico ou 2 ml de eNAT.
4. Parta a zaragatoa pela linha de quebra indicada e tape bem o tubo de colheita de amostra.

12.2 Procedimento de colheita com zaragatoa nasal

1. Insira uma zaragatoa nasal 1 cm a 1,5 cm numa narina. Rode a zaragatoa no interior da narina durante três segundos enquanto aplica pressão com um dedo no exterior da narina (ver Figura 2).



Figura 2: Colheita com zaragatoa nasal para a primeira narina

2. Repita na outra narina com a mesma zaragatoa, aplicando pressão externa no exterior da outra narina (ver Figura 3). Para evitar a contaminação da amostra, não toque com a ponta da zaragatoa em qualquer outro local além da parte de dentro da narina.




Figura 3: Colheita com zaragatoa nasal para a segunda narina


3. Retire a zaragatoa e coloque-a no tubo contendo 3 ml de meio de transporte viral, 3 ml de soro fisiológico ou 2 ml de eNAT. Parta a zaragatoa pela linha de quebra indicada e tape bem o tubo de colheita de amostra.

13 Procedimento

13.1 Preparação do cartucho

Importante Iniciar o teste dentro de 30 minutos após a adição da amostra ao cartucho.

1. Retire um cartucho da embalagem.
2. Verifique que o tubo de transporte da amostra está fechado.
3. Misture a amostra invertendo rapidamente 5 vezes o tubo de transporte da amostra. Abra a tampa do tubo para transporte da amostra.
4. Abra a tampa do cartucho.
5. Retire a pipeta de transferência da embalagem.
6. Aperte **totalmente o bolbo superior da pipeta de transferência até que o bolbo superior esteja totalmente plano**. Continue a manter o bolbo totalmente plano e coloque a ponta da pipeta no tubo para transporte da amostra (ver Figura 4).



Número	Descrição
1	Apertar aqui
2	Pipeta
3	Bolbo de reservatório de extravasamento
4	Amostra

Figura 4: Pipeta de transferência

7. Mantenha a pipeta abaixo da superfície do líquido e liberte lentamente o bolbo superior da mesma para a encher de amostra antes de a remover do tubo. Não há problema se o líquido entrar no reservatório de extravasamento (ver Figura 4).
- 4). Verifique que a pipeta não contém bolhas.

- Para transferir a amostra para o cartucho, volte a apertar completamente o bolbo superior da pipeta até que esteja totalmente plano, para esvaziar o conteúdo da pipeta (300 µl) para dentro da abertura grande (câmara de amostra) do cartucho, mostrada em Figura 5. Poderá permanecer algum líquido no reservatório de extravasamento. Descarte a pipeta usada.



Figura 5: Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus Cartucho (vista de cima)

Nota Tenha cuidado ao transferir o volume total de líquido para a câmara de amostra. Podem ocorrer resultados falsos negativos se não for adicionado um volume de amostra suficiente ao cartucho.

- Feche a tampa do cartucho.

13.2 Controlos externos

Os controlos externos descritos na Secção 9 estão disponíveis, mas não são fornecidos e devem ser utilizados em conformidade com as organizações de acreditação locais, estaduais e federais, consoante aplicável.

Para executar um controlo utilizando o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, execute os seguintes passos:

- Misture o controlo invertendo rapidamente cinco vezes o tubo de controlo externo. Abra a tampa do tubo de controlo externo.
- Abra a tampa do cartucho.
- Utilizando uma pipeta de transferência limpa, transfira uma carga da amostra de controlo externo (300 µl) para a grande abertura do cartucho, mostrada em Figura 5.
- Feche a tampa do cartucho.

13.3 Iniciar o teste

Nota Antes de iniciar o teste, certifique-se de que o sistema contém módulos com software GeneXpert Dx versão 4.7b ou posterior ou software Xpertise Infinity versão 6.4b ou posterior, e de que o Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus ficheiro de definição do ensaio (ADF) é importado para o software.

Esta secção enumera os passos predefinidos para utilizar o sistema do instrumento GeneXpert. Para obter instruções detalhadas, consulte o *GeneXpert Dx System Operator Manual* ou o *GeneXpert Infinity System Operator Manual*, dependendo do modelo que estiver a utilizar.

Nota Os passos a seguir poderão ser diferentes se o administrador do sistema tiver alterado o fluxo de trabalho predefinido do sistema.

- Ligue o sistema do instrumento GeneXpert:

- **GeneXpert Dx:**

Se estiver a utilizar o instrumento GeneXpert Dx, comece por ligar o instrumento e, de seguida, o computador. Inicie sessão no sistema operativo Windows. O software GeneXpert poderá iniciar automaticamente ou pode ser necessário clicar duas vezes no ícone de atalho GeneXpert Dx no ambiente de trabalho do Windows®.

ou

- **GeneXpert Infinity System:**

Caso utilize o instrumento GeneXpert Infinity, ligue o instrumento, rodando o interruptor de alimentação em sentido horário para a posição **LIGAR (ON)**. No ambiente de trabalho do Windows, faça duplo clique no ícone de atalho do software Xpertise para iniciar o software.

2. Inicie sessão no software do sistema. Aparece o ecrã de início de sessão. Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe.
3. Na janela do sistema GeneXpert, clique em **Criar teste (Create Test)** (GeneXpert Dx) ou em **Pedidos (Orders)** seguido por **Pedir teste (Order Test)** (Infinity).
4. Leia ou introduza a ID do paciente (Patient ID) (opcional). Se digitar a ID do paciente (Patient ID), assegure-se de que digita a ID do paciente correta. A ID do paciente (Patient ID) é apresentada do lado esquerdo da janela Ver resultados (View Results) e está associada ao resultado do teste.
5. Leia ou introduza a ID da amostra (Sample ID). Se digitar a ID da amostra (Sample ID), assegure-se de que digita a ID da amostra correta. A ID da amostra (Sample ID) é mostrada no lado esquerdo da janela Ver resultados (View Results) e está associada ao resultado do teste.
6. Leia o código de barras do cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Utilizando a informação do código de barras, o software preenche automaticamente as caixas para os seguintes campos: ID do lote de reagente (Reagent Lot ID), N/S do cartucho (Cartridge SN), Prazo de validade (Expiration Date) e Ensaio selecionado (Selected Assay).

Nota

Se o código de barras no cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus não puder ser lido digitalmente, repita o teste com um novo cartucho.

7. Clique em **Iniciar teste (Start Test)** (GeneXpert Dx) ou **Submeter (Submit)** (Infinity) se a submissão automática não estiver ativada. Introduza a sua palavra-passe na caixa de diálogo que aparece, caso seja necessário.

Para o instrumento GeneXpert Dx:

- a. Localize o módulo com a luz verde a piscar, abra a porta do módulo do instrumento e carregue o cartucho.
- b. Feche a porta. O teste começa e a luz verde para de piscar. Quando o teste termina, a luz apaga-se e a porta destranca-se. Retire o cartucho.
- c. Elimine os cartuchos usados nos recipientes para resíduos de amostras apropriados, de acordo com as práticas padrão da sua instituição.

ou

Para o GeneXpert Infinity System:

- a. Depois de clicar em **Submeter (Submit)**, ser-lhe-á pedido para colocar o cartucho no tapete rolante. Depois de colocar o cartucho, clique em OK para continuar. O cartucho será automaticamente carregado, o teste será executado e o cartucho usado será colocado na prateleira de resíduos para eliminação.
- b. Quando todas as amostras forem carregadas, clique no ícone **Terminar pedido de teste (End Order Test)**.

Nota

Não desligue os instrumentos no interruptor nem da corrente elétrica com um teste em curso. Se desligar o instrumento GeneXpert ou o computador no interruptor ou se os desligar da corrente elétrica, parará o teste.

14 Visualização e impressão de resultados

Para obter instruções detalhadas sobre como ver e imprimir os resultados, consulte o *GeneXpert Dx System Operator Manual* ou o *GeneXpert Infinity System Operator Manual*.

15 Controlo de qualidade

15.1 Controlos internos

Cada cartucho inclui um controlo de processamento da amostra (SPC) e um controlo de verificação da sonda (PCC).

Controlo de processamento da amostra (Sample Processing Control, SPC) - Assegura que a amostra foi corretamente processada. O SPC verifica se o processamento da amostra é adequado. Adicionalmente, este controlo deteta a inibição do ensaio de PCR em tempo real associada à amostra, assegura que as condições da reação de PCR (temperatura e tempo) são

adequadas para a reação de amplificação e que os reagentes de PCR estão funcionais. O SPC deve ser positivo em amostras negativas e pode ser negativo ou positivo em amostras positivas. O SPC é aprovado se preencher os critérios de aceitação validados.

Controlo de verificação da sonda (Probe Check Control, PCC) — antes do início da reação PCR, o sistema GeneXpert mede o sinal de fluorescência das sondas para monitorizar a reidratação da esfera, o enchimento do tubo de reação, a integridade da sonda e a estabilidade do corante. O PCC é aprovado se preencher os critérios de aceitação validados.

15.2 Controlos externos

Devem utilizar-se controlos externos de acordo com as organizações de acreditação locais, estaduais e federais, conforme aplicável.

16 Interpretação dos resultados

Os resultados são interpretados automaticamente pelo sistema GeneXpert e são mostrados claramente na janela **Ver resultados (View Results)**. O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus fornece resultados de teste com base na deteção dos respetivos genes alvo, de acordo com os algoritmos.

O formato dos resultados de teste apresentados irá variar consoante a escolha do utilizador de executar um teste Xpress SARS-CoV-2_Flu_RSV plus, Xpress SARS-CoV-2_Flu plus ou Xpress SARS-CoV-2 plus.

A Tabela 1 mostra os resultados possíveis quando o modo de teste Xpress SARS-CoV-2_Flu_RSV plus está selecionado.

Tabela 1: Resultados e interpretação possíveis de Xpress SARS-CoV-2_Flu_RSV plus

Resultado	Interpretação
SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE)	<p>O ARN alvo do SARS-CoV-2 é detetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do SARS-CoV-2 tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido SPC: NA (não aplicável); o SPC é ignorado porque ocorreu amplificação do alvo SARS-CoV-2. Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
POSITIVO para gripe A (Flu A POSITIVE)	<p>É detetado ARN-alvo do vírus da gripe A.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do vírus da gripe A para o alvo ARN do vírus da gripe A1 ou gripe A2 ou os sinais de ambos os ARN-alvo têm um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do limiar definido SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um endpoint (ponto final) acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
POSITIVO para gripe B (Flu B POSITIVE)	<p>É detetado ARN-alvo do vírus da gripe B.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do vírus da gripe B tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido. SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um endpoint (ponto final) acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados

Resultado	Interpretação
VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL POSITIVO (RSV POSITIVE)	<p>O ARN-alvo do vírus respiratório sincicial é detetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O sinal do vírus respiratório sincicial tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido. • SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um endpoint (ponto final) acima do valor mínimo • Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE); GRIPE A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); GRIPE B NEGATIVO (Flu B NEGATIVE); VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL (RSV NEGATIVE)	<p>Não é detetado o ARN alvo de SARS-CoV-2; não é detetado o ARN alvo da gripe A; não é detetado o ARN alvo da gripe B; não é detetado o ARN alvo do vírus respiratório sincicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Os ARN-alvo de SARS-CoV-2, Gripe A, Gripe B e vírus respiratório sincicial não são detetados. • SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um ponto final acima do valor mínimo • Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
INVÁLIDO (INVALID)	<p>SPC não cumpre os critérios de aceitação e SARS-CoV-2 não é detetado. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPC: FALHOU (FAIL); os sinais de SPC e SARS-CoV-2 têm um Ct (limiar de ciclo) fora do intervalo válido e um parâmetro de avaliação abaixo do valor mínimo definido. • Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
ERRO (ERROR)	<p>Não é possível determinar a presença ou ausência de ARN de SARS-CoV-2, gripe A, gripe B e vírus respiratório sincicial. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SARS-CoV-2: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe A: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe B: SEM RESULTADO (NO RESULT) • VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL: SEM RESULTADO (NO RESULT) • SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Verificação da sonda: FALHOU (FAIL)¹; um ou todos os resultados de verificação da sonda falharam <p>¹Se a verificação da sonda for aprovada, o erro foi causado porque o limite máximo da pressão excedeu o intervalo aceitável, não foi adicionada amostra ou houve falha de um componente do sistema.</p>
SEM RESULTADO (NO RESULT)	<p>Não é possível determinar a presença ou ausência de ARN de SARS-CoV-2, gripe A, gripe B e vírus respiratório sincicial. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização. SEM RESULTADO (NO RESULT) indica que foram recolhidos dados insuficientes. Por exemplo, o utilizador parou um teste que estava a decorrer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SARS-CoV-2: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe A: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe B: SEM RESULTADO (NO RESULT) • VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL: SEM RESULTADO (NO RESULT) • SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Verificação da sonda: NA

Se apenas um alvo viral for positivo, mas suspeitar de coinfeção com vários alvos, a amostra deve ser testada novamente com outro teste aprovado ou autorizado pela FDA, no caso de a coinfeção alterar o tratamento clínico.

A Tabela 2 mostra os resultados possíveis quando o modo de teste Xpress SARS-CoV-2_Flu plus está selecionado.

Tabela 2: Resultados e interpretação possíveis de Xpress SARS-CoV-2_Flu plus

Resultado	Interpretação
SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE)	<p>O ARN alvo do SARS-CoV-2 é detetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do SARS-CoV-2 tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido SPC: NA (não aplicável); o SPC é ignorado porque ocorreu amplificação do alvo SARS-CoV-2. Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
POSITIVO para gripe A (Flu A POSITIVE)	<p>É detetado ARN-alvo do vírus da gripe A.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do vírus da gripe A para o alvo ARN do vírus da gripe A1 ou gripe A2 ou os sinais de ambos os ARN-alvo têm um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do limiar definido SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um endpoint (ponto final) acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
POSITIVO para gripe B (Flu B POSITIVE)	<p>É detetado ARN-alvo do vírus da gripe B.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do vírus da gripe B tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido. SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um endpoint (ponto final) acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE); GRIPE A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); NEGATIVO para gripe B (Flu B NEGATIVE)	<p>Não é detetado o ARN alvo de SARS-CoV-2; não é detetado o ARN alvo da gripe A; não é detetado o ARN alvo da gripe B.</p> <ul style="list-style-type: none"> Os ARN-alvo dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A e da gripe B não são detetados. SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um ponto final acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
INVÁLIDO (INVALID)	<p>SPC não cumpre os critérios de aceitação e SARS-CoV-2 não é detetado. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> SPC: FALHOU (FAIL); os sinais de SPC e SARS-CoV-2 têm um Ct (limiar de ciclo) fora do intervalo válido e um parâmetro de avaliação inferior ao mínimo definido. Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados

Resultado	Interpretação
ERRO (ERROR)	<p>Não é possível determinar a presença ou ausência de ARN-alvo dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A e da gripe B. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SARS-CoV-2: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe A: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe B: SEM RESULTADO (NO RESULT) • SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Verificação da sonda: FALHOU (FAIL)¹; um ou todos os resultados de verificação da sonda falharam <p>¹ Se a verificação da sonda for aprovada, o erro foi causado porque o limite máximo da pressão excedeu o intervalo aceitável, não foi adicionada amostra ou houve falha de um componente do sistema.</p>
SEM RESULTADO (NO RESULT)	<p>Não é possível determinar a presença ou ausência de ARN-alvo dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A e da gripe B. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização. SEM RESULTADO (NO RESULT) indica que foram recolhidos dados insuficientes. Por exemplo, o utilizador parou um teste que estava a decorrer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SARS-CoV-2: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe A: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Gripe B: SEM RESULTADO (NO RESULT) • SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) • Verificação da sonda: NA

Se apenas um alvo viral for positivo, mas suspeitar de coinfeção com vários alvos, a amostra deve ser testada novamente com outro teste aprovado ou autorizado pela FDA, no caso de a coinfeção alterar o tratamento clínico.

A Tabela 3 mostra os resultados possíveis quando o modo de teste Xpress SARS-CoV-2 plus está selecionado.

Tabela 3: Resultados e interpretação possíveis de Xpress SARS-CoV-2 plus

Resultado	Interpretação
SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE)	<p>O ARN alvo do SARS-CoV-2 é detetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> O sinal do SARS-CoV-2 tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um parâmetro de avaliação acima do valor mínimo definido SPC: NA (não aplicável); o SPC é ignorado porque ocorreu amplificação do alvo SARS-CoV-2. Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE)	<p>Não é detetado o ARN alvo de SARS-CoV-2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Não é detetado ARN-alvo de SARS-CoV-2. SPC: APROVADO (PASS); o SPC tem um Ct (limiar de ciclo) dentro do intervalo válido e um ponto final acima do valor mínimo Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
INVÁLIDO (INVALID)	<p>SPC não cumpre os critérios de aceitação e SARS-CoV-2 não é detetado. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> SPC: FALHOU (FAIL); os sinais de SPC e SARS-CoV-2 têm um Ct (limiar de ciclo) fora do intervalo válido e um parâmetro de avaliação abaixo do valor mínimo definido. Verificação da sonda: APROVADO (PASS); todos os resultados de verificação da sonda são aprovados
ERRO (ERROR)	<p>Não é possível determinar a presença ou a ausência de ARN de SARS-CoV-2. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) Verificação da sonda: FALHOU (FAIL)¹; um ou todos os resultados de verificação da sonda falharam <p>¹ Se a verificação da sonda for aprovada, o erro foi causado porque o limite máximo da pressão excedeu o intervalo aceitável, não foi adicionada amostra ou houve falha de um componente do sistema.</p>
SEM RESULTADO (NO RESULT)	<p>Não é possível determinar a presença ou a ausência de ARN de SARS-CoV-2. Repita o teste de acordo com o Procedimento de repetição do teste na Secção 17.2 das instruções de utilização. SEM RESULTADO (NO RESULT) indica que foram recolhidos dados insuficientes. Por exemplo, o utilizador parou um teste que estava a decorrer.</p> <ul style="list-style-type: none"> SARS-CoV-2: SEM RESULTADO (NO RESULT) SPC: SEM RESULTADO (NO RESULT) Verificação da sonda: NA

O teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus pode ser executado para detetar SARS-CoV-2, vírus da gripe e vírus respiratório sincicial, seleccionando Xpress SARS-CoV-2_Flu_RSV plus a partir do menu Seleccionar teste (Select Test); apenas SARS-CoV-2 e vírus da gripe, seleccionando Xpress SARS-CoV-2_Flu plus ou apenas SARS-CoV-2, seleccionando Xpress SARS-CoV-2 plus. O modo de teste Xpress SARS-CoV-2 plus inclui uma função de conclusão antecipada do ensaio (Early Assay Termination, EAT), que permite a apresentação precoce de resultados em amostras de título elevado se o sinal do alvo do SARS-CoV-2 alcançar um limiar pré-determinado antes de os 45 ciclos de PCR completos serem concluídos. Quando os títulos de SARS-CoV-2 forem suficientemente altos para iniciar a função EAT, a curva de amplificação de SPC pode não ser observada e os seus resultados podem não ser apresentados no relatório.

17 Repetição de um teste

17.1 Motivos para repetir o teste

Se algum dos resultados de teste mencionados a seguir ocorrer, repita o teste uma vez de acordo com as instruções na Secção 17.2, Procedimento de repetição de teste.

- Um resultado **INVÁLIDO (INVALID)** indica que o controlo SPC falhou. A amostra não foi processada adequadamente, a PCR foi inibida ou a amostra não foi devidamente colhida.
- Um resultado **ERRO (ERROR)** pode dever-se, entre outras causas, a falha do controlo de verificação da sonda, falha de um componente do sistema, nenhuma amostra adicionada ou ultrapassagem dos limites máximos de pressão.
- **SEM RESULTADO (NO RESULT)** indica que foram colhidos dados insuficientes. Por exemplo, o teste de integridade do cartucho falhou, o operador parou um teste que estava em curso ou ocorreu falha da energia elétrica.

Se o desempenho do controlo externo não for o esperado, repita o teste de controlo externo e/ou contacte a assistência técnica da Cepheid.

17.2 Procedimento de repetição do teste

Para repetir um teste com resultado indeterminado (**INVÁLIDO (INVALID)**, **SEM RESULTADO (NO RESULT)** ou **ERRO (ERROR)**), utilize um novo cartucho.

Utilize a amostra restante no tubo do meio de transporte da amostra original ou de um novo tubo de controlo externo.

1. Calce um par de luvas limpo. Obtenha um novo cartucho Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus e uma nova pipeta de transferência.
2. Verifique se o tubo de transporte da amostra ou o tubo de controlo externo está fechado.
3. Misture a amostra invertendo rapidamente 5 vezes o tubo do meio de transporte da amostra ou o tubo de controlo externo. Abra a tampa do tubo para transporte da amostra ou do tubo de controlo externo.
4. Abra a tampa do cartucho.
5. Utilizando uma pipeta de transferência limpa (fornecida), transfira a amostra (de uma só vez) para a câmara de amostra com a abertura grande no cartucho.
6. Feche a tampa do cartucho.

18 Limitações

- O desempenho do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus só foi estabelecido em amostras nasofaríngeas e nasais anteriores obtidas por zangarato. A utilização do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus com outros tipos de amostra não foi avaliada e as características do desempenho são desconhecidas.
- O desempenho deste teste foi determinado com base na avaliação de um número limitado de amostras clínicas. O desempenho clínico não foi estabelecido em todas as variantes em circulação, mas prevê-se que reflita as variantes prevalentes em circulação no momento e na localização da avaliação clínica. O desempenho no momento do teste pode variar com base nas variantes em circulação, incluindo estirpes recém-emergentes de SARS-CoV-2 e respetiva prevalência, que se alteram ao longo do tempo.
- O desempenho deste dispositivo não foi avaliado numa população vacinada contra a COVID-19.
- Como com qualquer teste molecular, as mutações nas regiões-alvo do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus poderiam afetar a ligação do primer e/ou da sonda, resultando na falha em detetar a presença do vírus ou numa deteção menos previsível.
- Este teste não pode eliminar a possibilidade de doenças causadas por outros agentes patogénicos bacterianos ou virais.
- O desempenho deste teste foi validado utilizando apenas os procedimentos detalhados neste folheto informativo. Qualquer modificação destes procedimentos pode alterar o desempenho do teste.
- Podem ocorrer resultados de teste errados devido a colheita de amostras incorreta, não efetuada de acordo com o procedimento recomendado para a colheita, o manuseamento e a conservação de amostras, erro técnico, troca de amostras. Para se evitar resultados incorretos, é necessária uma cuidadosa conformidade com as instruções deste folheto.
- Podem ocorrer resultados falsos negativos se o vírus estiver presente em níveis abaixo do limite de deteção analítico.
- Os resultados negativos não excluem a infeção por SARS-CoV-2, Influenza ou vírus respiratório sincicial e não devem ser utilizados como a única base para o tratamento ou outras decisões sobre o tratamento dos pacientes.
- Os resultados do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus devem ser correlacionados com a história clínica, os dados epidemiológicos e outros dados disponíveis para o médico que avalia o paciente.
- O ácido nucleico viral pode persistir *in vivo*, independentemente da infeciosidade do vírus. A deteção do(s) analito(s)-alvo não implica que o(s) vírus correspondente(s) seja(m) infecioso(s), ou seja(m) o(s) agente(s) causador(es) dos sintomas clínicos.
- Este teste foi avaliado para utilização exclusiva com material de amostras humanas.
- Este é um teste qualitativo e não proporciona o valor quantitativo do organismo detetado presente.
- Este teste não foi avaliado para pacientes sem sinais e sintomas de infeção do trato respiratório.
- Este teste não foi avaliado para monitorização do tratamento de infeção.
- Este teste não foi avaliado para rastreio de sangue ou de derivados de sangue quanto à presença dos vírus SARS-CoV-2, Influenza ou vírus respiratório sincicial.
- O efeito das substâncias interferentes foi avaliado apenas para aquelas referidas na documentação. A interferência por substâncias além das que são descritas pode causar resultados falsos.
- Os resultados dos estudos analíticos com amostras coinfectadas manipuladas mostraram potencial de interferência competitiva dos vírus influenza B ou vírus respiratório sincicial A em concentrações baixas (~3X LoD) quando a concentração do vírus influenza A é $> 1,7e5$ cópias de ARN/ml ou $1,7e6$ cópias de ARN/ml, respetivamente. Para além disso, existe a possibilidade de interferência competitiva do vírus da gripe B em baixas concentrações (~3X LoD) quando a concentração do vírus SARS-CoV-2 é $> 1e5$ cópias ARN/ml.
- A reatividade cruzada com outros microrganismos do trato respiratório além daqueles aqui descritos pode levar a resultados falsos.
- A exposição recente de pacientes a FluMist® ou a outras vacinas da gripe vivas atenuadas pode provocar resultados positivos incorretos.
- Zicam a 15% (p/v) pode interferir com a deteção de baixos níveis do vírus Influenza B e vírus respiratório sincicial A.
- Como o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus não diferencia entre alvos génicos N2, RdRP e E, a presença de outros coronavírus da linhagem B, género Betacoronavirus, incluindo SARS-CoV, podem originar um resultado falso positivo. Nenhum destes outros coronavírus é conhecido por estar atualmente em circulação em populações humanas.
- Este teste não se destina a diferenciar os subgrupos do vírus respiratório sincicial, os subtipos do vírus Influenza A nem as linhagens do vírus Influenza B. Caso a diferenciação de estirpes e subtipos específicos de vírus respiratório sincicial ou Influenza seja necessária, são necessários testes adicionais, consultando os departamentos de saúde pública estaduais ou locais.
- O desempenho não foi estabelecido com outros meios além de eNAT contendo tiocianato de guanidina (GTC).

19 Características do desempenho

19.1 Avaliação clínica

O desempenho do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi avaliado utilizando amostras clínicas de arquivo obtidas por zaragatoa nasofaríngea (NP) e nasal (NS) em meio de transporte viral ou meio de transporte universal. Foram selecionadas amostras arquivadas consecutivamente por data e por resultado de analito previamente conhecido. Um total de 279 amostras obtidas por zaragatoa nasofaríngea (NP) e 239 por zaragatoa nasal (NS) foram testadas com Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, lado a lado com um teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 com a marcação CE e um teste influenza/RSV RT-PCR com a marcação CE, em modo cego e aleatorizado.

A concordância percentual positiva (PPA), a concordância percentual negativa (NPA) e a taxa de não determinados foram determinadas comparando os resultados do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus relativamente aos resultados de um teste RT-PCR de SARS-CoV-2 com marcação CE para o alvo SARS-CoV-2 e de um teste RT-PCR com marcação CE para os alvos da gripe A, gripe B e vírus respiratório sincicial, respetivamente.

Para amostras nasofaríngeas obtidas por zaragatoa, o Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus demonstrou uma PPA e NPA de 100,0% e 100,0% para SARS-CoV-2, respetivamente; 100,0% e 100,0% para a gripe A, respetivamente; 100,0% e 100,0% para a gripe B, respetivamente, e 100,0% e 100,0% para o vírus respiratório sincicial, respetivamente (Tabela 4). A taxa inicial de não determinados para o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi de 1,4% (4/279). Na repetição de testes, as quatro (4) amostras apresentaram resultados válidos. A taxa final de não determinados para o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi de 0,0% (0/279).

Tabela 4: Resultados do desempenho de Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus utilizando amostras nasofaríngeas obtidas por zaragatoa

Alvo	Número de amostras	VP	FP	VN	FN	CCP (IC de 95%)	CNP (IC de 95%)
SARS-CoV-2	279	66	0	213	0	100,0% (94,5%-100,0%)	100,0% (98,2%-100,0%)
Gripe A	264	51	0	213	0	100,0% (93,0%-100,0%)	100,0% (98,2%-100,0%)
Gripe B	264	46	0	218	0	100,0% (92,3%-100,0%)	100,0% (98,3%-100,0%)
Vírus respiratório sincicial	264	47	0	217	0	100,0% (92,4%-100,0%)	100,0% (98,3%-100,0%)

VP: Verdadeiro positivo; FP: Falso positivo; VN: Verdadeiro negativo; FN: Falso negativo; IC: Intervalo de confiança

Para as amostras nasais obtidas por zaragatoa, o Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus demonstrou uma PPA e NPA de 100,0% e 100,0% para o SARS-CoV-2, respetivamente; 100,0% e 99,5% para a gripe A, respetivamente; 100,0% e 100,0% para a gripe B, respetivamente, e 100,0% e 100,0% para o vírus respiratório sincicial, respetivamente (Tabela 5). A taxa inicial de não determinados para o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi de 2,1% (5/240). Quatro (4) das cinco (5) amostras produziram resultados válidos após a repetição do teste. Uma amostra não foi novamente testada devido ao volume insuficiente. A taxa final de não determinados para o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi de 0,4% (1/240).

Tabela 5: Resultados do desempenho do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus utilizando amostras nasais

Alvo	Número de amostras	VP	FP	VN	FN	CCP (IC de 95%)	CNP (IC de 95%)
SARS-CoV-2	239	47	0	192	0	100,0% (92,4%-100,0%)	100,0% (98,0%-100,0%)
Gripe A	239	48	1	191	0	100,0% (92,6%-100,0%)	99,5% (97,1%-99,9%)
Gripe B	239	48	0	191	0	100,0% (92,6%-100,0%)	100,0% (98,0%-100,0%)
Vírus respiratório sincicial	239	47	0	192	0	100,0% (92,4%-100,0%)	100,0% (98,0%-100,0%)

VP: Verdadeiro positivo; FP: Falso positivo; VN: Verdadeiro negativo; FN: Falso negativo; IC: Intervalo de confiança

19.2 Sensibilidade analítica (limite de detecção)

A sensibilidade analítica do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi calculada primeiro utilizando dois lotes de reagentes através do teste de diluições limitantes de sete vírus respiratórios (NATrol SARS-CoV-2, gripe A H1, gripe A H3, gripe B linhagem Vitória, gripe B linhagem Yamagata, vírus respiratório sincicial A e vírus respiratório sincicial B) numa matriz agrupada negativa de amostras clínicas nasofaríngeas obtidas por zaragatoa, de acordo com as orientações do documento EP17-A2 do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Os valores estimados de LoD como determinados por análise de regressão Probit foram verificados utilizando dois lotes de reagentes Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Os valores de LoD verificados para os vírus testados estão resumidos em Tabela 6.

Tabela 6: Limite de detecção do Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus

Vírus/estirpe	Concentração de LoD
SARS-CoV-2 (USA_WA1/2020)	138 cópias/ml
Influenza A/Idaho/07/2018	0,007 TCID ₅₀ /ml
Influenza A/Hong Kong/45/2019	0,44 UFF/ml
Influenza B/Washington/2/2019	12,9 CEID ₅₀ /ml
Influenza B/Wisconsin/10/2016	2,4 TCID ₅₀ /ml
RSV A/2/Australia/61	0,33 TCID ₅₀ /ml
RSV B/9320/MA/77	0,37 TCID ₅₀ /ml

19.3 Reatividade analítica (inclusividade)

A inclusividade de Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi avaliada a 27 de setembro de 2021, utilizando a análise *in silico* dos amplicões do ensaio em relação a 2 685 478 sequências de SARS-CoV-2 disponíveis na base de dados génica GISAID para três alvos: E, N2 e RdRP.

Para a análise do alvo E, foram excluídas 3 818 sequências devido a nucleótidos ambíguos, o que reduziu o total para 2 681 660 sequências. Das 2 681 660 sequências GISAID, 2 667 594 (99,48%) eram uma correspondência exata ao amplicão do alvo E do SARS-CoV-2 gerado pelo teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Foram observadas discordâncias de um nucleótido em 13 990 sequências e discordâncias de dois ou mais nucleótidos em 76 sequências. Das 76 sequências apresentando duas ou mais discordâncias, 43 delas continham 2 ou 3 discordâncias na região do primer direto; uma sequência continha 3 discordâncias na região primer reversa; e uma das sequências continha 2 discordâncias na região do primer direto e 2 discordâncias no primer reverso. Estas discordâncias duplas e triplas poderiam ter um impacto negativo no desempenho do ensaio.

Para a análise do alvo N2, foram excluídas 4 110 sequências devido a nucleótidos ambíguos, o que reduziu o total utilizado na avaliação para 2 681 368 sequências. Das 2 681 368 sequências GISAID, 2 608 487 (97,3%) eram uma correspondência exata com o amplicão do alvo N2 do SARS-CoV-2 gerado pelo teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Em 70 212 sequências, foram observadas discordâncias de um nucleótido. Em 2 669 sequências, foram observadas duas ou três discordâncias. Das 31 sequências com três posições variantes, 5 sequências têm dois dos nucleótidos discordantes na região da sonda, e 5 sequências têm dois dos nucleótidos discordantes na região do primer reverso. Estas discordâncias duplas poderiam ter impacto na ligação da sonda ou do primer reverso. Não se prevê que alguma das outras discordâncias tenha um impacto negativo no desempenho do ensaio.

O RdRP é amplificado utilizando um conjunto de primer/sonda “semi-nested”; apenas o amplicão interior é utilizado para a análise *in silico*. Para análise do alvo RdRP, foram excluídas 1 374 sequências devido a nucleótidos ambíguos, o que reduziu o total para 2 684 104 sequências. Das 2 684 104 sequências GISAID, 2 657 136 (99,0%) eram uma correspondência exata com o amplicão do alvo RdRP do SARS-CoV-2 gerado pelo teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Foram observadas discordâncias de um nucleótido em 26 864 sequências, e discordâncias de dois ou mais nucleótidos em 77 sequências. Duas sequências apresentam 5 discordâncias, três situadas na região da sonda e duas na região do primer reverso; 20 sequências apresentam discordâncias de dois nucleótidos na região do primer direto ou da sonda. Estas discordâncias poderiam ter impacto na ligação da sonda ou do primer reverso. Não se prevê que alguma das outras discordâncias tenha um impacto negativo no desempenho do ensaio.

Além da análise *in silico* dos primers e sondas do SARS-CoV-2 quanto à inclusividade, a inclusividade do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi avaliada por testes práticos contra várias estirpes do SARS-CoV-2, vírus Influenza A H1N1 (sazonal antes de 2009), Influenza A H1N1 (pandemia em 2009), Influenza A H3N2 (sazonal), Influenza A aviário (H5N1, H5N2, H6N2, H7N2, H7N3, H2N2, H7N9 e H9N2), Influenza B (representando estirpes das linhagens Victoria e Yamagata) e subgrupos A e B do vírus sincicial respiratório (vírus respiratório sincicial A e vírus respiratório sincicial B), em níveis próximos do LoD analítico. Neste estudo, foi testado com o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus um total de 84 estirpes compostas por 5 estirpes do vírus SARS-CoV-2, 4 transcritos de ARN *in vitro* do vírus SARS-CoV-2 representativos de estirpes variantes, 69 estirpes do vírus Influenza (48 Influenza A e 21 Influenza B) e 6 estirpes do vírus respiratório sincicial (4 vírus respiratório sincicial A e 2 vírus respiratório sincicial B). Foram testadas três réplicas para cada estirpe. Todas as estirpes de SARS-CoV-2, vírus da gripe e vírus respiratório sincicial testaram positivo nas três réplicas. Os resultados são apresentados em Tabela 7.

Tabela 7: Reatividade analítica (inclusividade) do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus

Vírus	Estirpe	Título testado	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincicial
SARS-CoV-2	NATtrol SARS-CoV-2 USA-WA1/2020	412 cópias/ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2/Hong Kong/VM20001061/2020	0,5 TCID ₅₀ /ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2/Italy-INMI1	4 TCID ₅₀ /ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2/South_Africa/KRISP-K005325/2020	0,2 TCID ₅₀ /ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2/England/204820464/2020	0,5 TCID ₅₀ /ml	POS	NEG	NEG	NEG

Vírus	Estirpe	Título testado	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincial
	SARS-CoV-2 RNA USA/WA2/2020(C09) ^a	100 cópias/ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2RNA/ England/205041766/ 2020(C14) ^a	100 cópias/ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2 RNA /England/ MILK-9E05B3/2020 (C15) ^a	200 cópias/ml	POS	NEG	NEG	NEG
	SARS-CoV-2 RNA /Japan (Brazil)/IC-0564/2021 (C17) ^a	100 cópias/ml	POS	NEG	NEG	NEG
Influenza A H1N1 (pré-2009)	A/swine/Iowa/15/30	30 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/WS/33	5,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/PR/8/34	20 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Mal/302/54	0,156 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Denver/1/57	10 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/New Jersey/8/76	5,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/New Caledonia/20/1999	0,10 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/New York/55/2004	30 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Solomon Island/3/2006	0,0159 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Taiwan/42/06	0,0159 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Brisbane/59/2007	0,060 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
Influenza A H1N1 (pand. 2009)	A/Colorado/14/2012	0,13 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Michigan/45/2015	100 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Iowa/53/2015	100 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Michigan/272/2017	1,0 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Idaho/07/2018	0,0159 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Wisconsin/505/2018	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Havai/66/2019	100 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
A/Indiana/02/2020	NA ^b	NEG	POS	NEG	NEG	
Influenza A H3N2 (sazonal)	A/Aichi/2/68	2,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Hong Kong/8/68	2,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Port Chalmers/1/73	100 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Hawaii/15/2001	100 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Wisconsin/67/05 ^c	0,22 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Brisbane/10/2007	0,025 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG

Vírus	Estirpe	Título testado	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincial
	A/Minnesota/11/2010	30 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Indiana/08/2011	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Texas/50/2012	0,050 TCID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Alaska/232/2015	20 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016	20 CEID ₅₀ /ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Texas/71/2017	1,0 UFF/ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Kansas/14/2017	1,0 UFF/ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Wisconsin/04/2018	1,0 UFF/ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Arizona/45/2018	2,0 UFF/ml	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Hong Kong/45/2019	2,0 UFF/ml	NEG	POS	NEG	NEG
Gripe A aviária ^d	A/Mallard/NY/6750/78 (H2N2)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/duck/Hunan/795/2002 (H5N1)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Anhui/01/2005 (H5N1)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Japanese white eye/Hong Kong/1038/2006 (H5N1)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/mallard/WI/34/75 (H5N2)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/chicken/CA431/00 (H6N2)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/duck/LTC-10-82743 (H7N2)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/chicken/New Jersey/15086/3 (H7N3)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Anhui/1/2013 (H7N9)	0,612 ng/μl	NEG	POS	NEG	NEG
	A/Shanghai/1/2013 (H7N9)	NA ^e	NEG	POS	NEG	NEG
A/chicken/Korea/38349-p96323/1996 (H9N2)	< 1 pg/μl	NEG	POS	NEG	NEG	
Influenza B	B/Lee/40	1,0 UFP/ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Allen/45	0,25 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/GL/1739/54	0,50 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Maryland/1/59	1,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Taiwan/2/62	1,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Hong Kong/5/72	1,0 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG

Vírus	Estirpe	Título testado	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincial
Influenza B Victoria Lineage	B/Panama/45/90	1,0 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Malaysia/2506/04	0,025 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Florida/02/06	0,025 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Brisbane/60/2008	0,05 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Maryland/15/2016	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Colorado/6/2017	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Hawaii/01/2018	8,0 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Missouri/12/2018(NA D197E)	10 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Washington/02/2019	60 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
Influenza B Yamagata Lineage	B/Florida/07/2004	0,50 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Flórida/04/06	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Wisconsin/01/2010	0,50 CEID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Wisconsin/10/2016	20 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Indiana/17/2017	10 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
	B/Oklahoma/10/2018	10 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	POS	NEG
Vírus respiratório sincial A	RSV-A/NY	0,386 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS
	RSV-A/WI-629.8.2/2007	0,50 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS
	RSV-A/WI/629-11-1_2008	0,50 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS
	Vírus respiratório sincial-A, estirpe: 4/2015 Isolado n.º 1	0,25 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS
Vírus respiratório sincial B	RSV-B/WV14617/85	0,10 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS
	RSV-B-CH93(18)-18-01	0,10 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	POS

^a *in vitro* Transcrição de RNA

^b Título O vírus A/Indiana/02/2020 não tinha titulação e foi diluído 100 000 vezes numa matriz de fundo simulada para ser testado.

^c Uma de três réplicas reportou ERRO. A execução foi repetida com êxito para obter três réplicas válidas.

^d Foi utilizado ARN viral purificado numa matriz de fundo simulada para os vírus da gripe A aviária, devido a regulamentos de biossegurança.

^e Os vírus da gripe A aviária (H7N9) inativados sem titulação viral foram diluídos 100 000 vezes numa matriz de fundo simulada e testados, devido a regulamentos de biossegurança.

19.4 Especificidade analítica (exclusividade)

Foi realizada uma análise *in silico* de possíveis reações cruzadas com todos os microrganismos enumerados em Tabela 8, mapeando os primers e sondas do SARS-CoV-2 no teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus individualmente com as sequências descarregadas da base de dados GISAID. Os primers e sondas E não são específicos para SARS-CoV-2 e irão detetar coronavírus SARS humano e de morcego. Não é esperada qualquer reatividade cruzada não pretendida potencial com outros microrganismos indicados em Tabela 8 na análise *in silico*.

Tabela 8: Microrganismos analisados na análise *in silico* para o alvo do SARS-CoV-2

Microrganismos da mesma família genética	Microrganismos de grande prioridade
Coronavírus humano 229E	Adenovírus (p. ex., C1 Ad. 71)
Coronavírus humano OC43	Metapneumovírus humano (hMPV)
Coronavírus humano HKU1	Vírus da parainfluenza humana 1-4
Coronavírus humano NL63	Gripe A
Coronavírus SARS	Influenza B
Coronavírus MERS	Influenza C
Coronavírus de morcego	Enterovirus (p. ex., EV68)
	Vírus sincicial respiratório
	Rinovírus
	<i>Chlamydia pneumoniae</i>
	<i>Haemophilus influenzae</i>
	<i>Legionella pneumophila</i>
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<i>Streptococcus pyogenes</i>
	<i>Bordetella pertussis</i>
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (PJP)
	<i>Parechovírus</i>
	<i>Candida albicans</i>
	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
	<i>Legionella não-pneumophila</i>
	<i>Bacillus anthracis</i> (Anthrax)
	<i>Moraxella catarrhalis</i>
	<i>Neisseria elongata</i> e <i>N. meningitidis</i>
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
	<i>Streptococcus salivarius</i>
	<i>Leptospira</i>
	<i>Chlamydia psittaci</i>
	<i>Coxiella burnetii</i> (Febre Q)

Microrganismos da mesma família genética	Microrganismos de grande prioridade
	<i>Staphylococcus aureus</i>

Além da análise *in silico* dos primers e sondas do SARS-CoV-2 quanto à reatividade cruzada, a especificidade analítica do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi avaliada através de testes práticos de um painel de 48 microrganismos composto por 4 coronavírus humanos, 1 coronavírus MERS e 43 agentes patogénicos respiratórios comuns ou os potencialmente encontrados na nasofaringe. O painel foi testado em diferentes grupos de microrganismos; se um grupo tiver tido um resultado positivo, então cada membro do grupo foi testado individualmente. Foram testadas três réplicas de cada grupo. Uma amostra foi considerada negativa se todas as 3 réplicas foram negativas. As estirpes bacterianas e de leveduras foram testadas em concentrações $\geq 1 \times 10^6$ UFC/ml, com a exceção de *Chlamydia pneumoniae*, que foi testada em $1,2 \times 10^6$ UFI/ml, e *Lactobacillus reuteri*, que foi testado em 5×10^7 cópias/ml de ADN genómico. Os vírus foram testados em concentrações $\geq 1 \times 10^5$ TCID₅₀/ml. A especificidade analítica foi de 100%. Os resultados são apresentados em Tabela 9.

Tabela 9: Microrganismos respiratórios e coronavírus humanos testados, concentrações e resultados do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus

Estirpe	Concentração testada	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincicial
Controlo negativo	NA	NEG	NEG	NEG	NEG
Controlo positivo	NA	POS	POS	POS	POS
Coronavírus humano NL63	1,17e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Coronavírus MERS	1,17e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Coronavírus humano 229E	1,21e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Coronavírus humano OC43	1,02e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Coronavírus humano HKU1	1,23e6 cópias/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Adenovírus tipo 1	4,07e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Adenovírus tipo 7	1,14e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Citomegalovírus	1,0e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Ecovírus	1,14e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Enterovírus	2,80e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Vírus de Epstein Barr	5,60e6 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
VHS	1,97e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Metapneumovírus humano	4,07e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Parainfluenza humana tipo 1	1,0e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Parainfluenza humana tipo 2	1,2e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Parainfluenza humana tipo 3	1,2e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Parainfluenza humana tipo 4	1,19e6 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Sarampo	1,2e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Vírus da papeira	1,2e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
Rinovírus tipo 1A	1,0e5 TCID ₅₀ /ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Acinetobacter baumannii</i>	1,30e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Bordetella pertussis</i>	6,40e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG

Estirpe	Concentração testada	SARS-CoV-2	Gripe A	Gripe B	Vírus respiratório sincicial
<i>Burkholderia cepacia</i>	1,90e8 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Candida albicans</i>	6,30e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Candida parapsilosis</i>	1,45e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Citrobacter freundii</i>	1,73e8 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Corynebacterium sp.</i>	1,27e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Enterococcus faecalis</i>	5,87e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Escherichia coli</i>	1,55e8 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Haemophilus influenzae</i>	6,62e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Lactobacillus reuteri</i>	5,0e7 cópias/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Legionella spp.</i>	1,42e8 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Moraxella catarrhalis</i>	2,46e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	2,7e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Neisseria meningitidis</i>	4,2e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Neisseria mucosa</i>	1,0e8 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Propionibacterium acnes</i>	8,25e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1,05e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	2,66e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Staphylococcus aureus</i>	5,87e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	2,47e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Streptococcus agalactiae</i>	1,75e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2,26e7 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Streptococcus pyogenes</i>	9,0e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Streptococcus salivarius</i>	4,19e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Streptococcus sanguinis</i>	8,67e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	1,20e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG
<i>Mycobacterium tuberculosis (avirulenta)</i>	1,20e6 UFC/ml	NEG	NEG	NEG	NEG

19.5 Interferência microbiana

A interferência microbiana do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus causada pela presença de estirpes bacterianas ou virais que podem ser encontradas em amostras do trato respiratório superior humano foi avaliada mediante teste de um painel de 10 microrganismos comensais, consistindo em 7 estirpes virais e 3 estirpes bacterianas. As amostras manipuladas consistiram nos vírus SARS-CoV-2, da gripe A, da gripe B, vírus respiratório sincicial A ou vírus respiratório sincicial B semeados em 3x o limite de detecção (LoD) numa matriz simulada de amostra nasofaríngea (NPS)/nasal (NS) obtida por zaragatoa na presença de adenovírus tipo 1C, coronavírus humano OC43, rinovírus tipo 1A, metapneumovírus humano, parainfluenza humano tipos 1, 2 e 3 (cada semeado em 1×10^5 unidades/ml), *Hemophilus influenzae* (semeado em 1×10^6 UFC/ml), *Staphylococcus aureus* ou *Staphylococcus epidermidis* (cada um semeado em 1×10^7 UFC/ml).

Foram testadas réplicas de 8 amostras positivas para cada vírus-alvo (SARS-CoV-2, gripe A, gripe B, vírus respiratório sincicial A ou vírus respiratório sincicial B) e cada combinação de estirpes microbianas potencialmente interferentes. Para cada alvo, todas as 8 de 8 amostras das réplicas foram corretamente identificadas utilizando o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Não foi descrita interferência por estirpes virais ou bacterianas comensais.

19.6 Interferência competitiva

A interferência competitiva do Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus causada por coinfeções foi avaliada testando individualmente amostras manipuladas de estirpes dos vírus SARS-CoV-2, da gripe A e da gripe B e vírus respiratório sincicial a 3X LoD na presença de diferentes estirpes-alvo numa concentração mais elevada numa matriz de fundo simulada. A concentração em 3X LoD foi de 414 cópias/ml para SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020 inativada); 0,021 TCID₅₀/ml para Gripe A/Idaho/072018, 38,7 CEID₅₀/ml para Gripe B/Washington/2/2019; 0,99 TCID₅₀/ml para RSV A/2/Australia/61) e 1,11 TCID₅₀/ml para RSV B/9320/MA/77. As estirpes competitivas foram avaliadas em 10⁴ ou mais unidades de titulação (cópias/ml, TCID₅₀/ml, CEID₅₀/ml ou UFP/ml). A concentração correspondente de ARN (cópias/ml) para as estirpes do vírus da gripe e do vírus respiratório sincicial foi determinada por PCR digital em gotículas (ddPCR). Foram testadas réplicas de 3 para cada estirpe-alvo e cada combinação de estirpes competitivas. O vírus, em concentração elevada, não demonstra efeitos inibitórios competitivos se 3 das 3 réplicas para a estirpe-alvo apresentarem resultados positivos. Se os resultados apresentassem menos de 3 entre 3 réplicas positivas, a concentração do vírus competitivo era reduzida de 10 em 10 vezes, até que nenhuma interferência fosse observada. Abaixo encontra-se um resumo dos resultados:

Tabela 10: Resumo do estudo de interferência competitiva com vírus da gripe A em concentração elevada

Vírus de teste em 3X LoD	Vírus interferente	Atribuições corretas (n.º/3)			
		em 1,7e8 cópias de ARN/ml	em 1,7e7 cópias de ARN/ml	em 1,7e6 cópias de ARN/ml	em 1,7e5 cópias de ARN/ml
Gripe B	Gripe A	0/3	0/3	2/3	3/3
Vírus respiratório sincicial A		0/3	0/3	3/3	Não testado
Vírus respiratório sincicial B		3/3	Não testado	Não testado	Não testado
SARS-CoV-2		3/3	Não testado	Não testado	Não testado

Tabela 11: Resumo do estudo de interferência competitiva com vírus da gripe B em concentração elevada

Vírus de teste em 3X LoD	Vírus interferente	Atribuições corretas (n.º/3) em 1,4e5 cópias de ARN/ml
Gripe A	Gripe B	3/3
Vírus respiratório sincicial A		3/3
Vírus respiratório sincicial B		3/3
SARS-CoV-2		3/3

Tabela 12: Resumo do estudo de interferência competitiva com vírus respiratório sincicial A em concentração elevada

Vírus de teste em 3X LoD	Vírus interferente	Atribuições corretas (n.º/3) em 4,6e6 cópias de ARN/ml
Gripe A	Vírus respiratório sincicial A	3/3
Gripe B		3/3
SARS-CoV-2		3/3

Tabela 13: Resumo do estudo de interferência competitiva com vírus respiratório sincicial B em concentração elevada

Vírus de teste em 3X LoD	Vírus interferente	Atribuições corretas (n.º/3) em 1,9e5 cópias de ARN/ml
Gripe A	Vírus respiratório sincicial B	3/3
Gripe B		3/3
SARS-CoV-2		3/3

Tabela 14: Resumo do estudo de interferência competitiva com SARS-CoV-2 em concentração elevada

Vírus de teste em 3X LoD	Vírus interferente	Atribuições corretas (n.º/3)	
		em 1e6 cópias de ARN/ml	em 1e5 cópias de ARN/ml
Gripe A	SARS-CoV-2	3/3	Não testado
Gripe B		1/3	3/3
Vírus respiratório sincicial A		3/3	Não testado
Vírus respiratório sincicial B		3/3	Não testado

O estudo demonstrou que a estirpe Flu A/Idaho/07/2018 inibiu a detecção do vírus da gripe B em 3X LoD em concentrações acima de 1,7e5 cópias de ARN/ml e inibiu a detecção de vírus respiratório sincicial A em 3X LoD em concentrações acima de 1,7e6 cópias de ARN/ml (Tabela 10). Para além disso, em concentrações acima de 1e5 cópias de ARN/ml, o SARS-CoV-2 inibiu a detecção do vírus da gripe B em 3X LoD (Tabela 14). Não foi observada outra interferência competitiva para as potenciais coinfeções testadas no estudo nas concentrações testadas.

19.7 Substâncias potencialmente interferentes

As substâncias que poderiam estar presentes na nasofaringe (ou introduzidas durante a colheita e o manuseamento de amostras) e interferir potencialmente com a detecção precisa de SARS-CoV-2, do vírus da gripe A e da gripe B e do vírus respiratório sincicial foram avaliadas com testes diretos no Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus.

As substâncias potencialmente interferentes na passagem nasal e na nasofaringe podem incluir, entre outras: sangue, secreções ou muco nasal e medicação para o nariz e a garganta utilizada no alívio da congestão, secura nasal, irritação ou sintomas de asma e alergia, bem como antibióticos e antivirais. As amostras positivas e negativas foram preparadas numa matriz simulada de amostras nasofaríngeas/nasais obtidas por zaragatoa. Foram testadas amostras negativas (n=8) em presença de cada substância para determinar o efeito no desempenho do controlo de processamento da amostra (sample processing control, SPC). As amostras positivas (N = 8) foram testadas por substância, com os vírus adicionados a 3X o LoD determinado para cada estirpe. As amostras positivas testadas com Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus incluíram uma estirpe SARS-CoV-2, uma estirpe de Influenza A H1N1, uma estirpe de Influenza A H3N2, uma estirpe de Influenza B e duas estirpes de vírus respiratório sincicial (vírus respiratório sincicial A e vírus respiratório sincicial B). Os controlos

foram amostras contaminadas com vírus em 3X LoD em matriz simulada de amostras nasofaríngeas e nasais obtidas por zaragatoa que não continha nenhuma substância potencialmente interferente. As substâncias, com princípios ativos, que foram avaliadas são indicadas na Tabela 15.

Tabela 15: Substâncias que podem interferir testadas

ID da substância	Substância/Classe	Substância/princípio ativo
Sulfato de albuterol	Broncodilatador beta-adrenérgico	Sulfato de albuterol (5 mg/ml)
Anefrina	Spray nasal	Oximetazolina, 0,05%
Meio de transporte universal BD	Meio de transporte	Meio de transporte universal BD
Copan 3U045N.PH (zaragatoa/M Cepheid)	Meio de transporte	Copan 3U045N.PH (zaragatoa/M Cepheid)
Sangue	Sangue	Sangue (humano)
Spray nasal de propionato de fluticasona	Corticosteroide nasal	Propionato de fluticasona
Mentol	Pastilhas para a garganta, anestésico e analgésico oral	Benzocaína, mentol
Mucina	Mucina	Proteína mucina purificada (glândula submaxilar bovina ou suína)
Mupirocina	Antibiótico, pomada nasal	Mupirocina (20 mg/g = 2%)
PHNY	Gotas nasais	Fenilefrina, 1%
Soro fisiológico	Soro fisiológico em spray nasal	Cloreto de sódio (0,65%)
Remel M4RT	Meio de transporte	Remel M4RT
Remel M5	Meio de transporte	Remel M5
Tamiflu	Fármacos antivirais	Zanamivir
Tobramicina	Antibacteriano, sistêmico	Tobramicina
Zicam	Gel nasal	Luffa operculata, Galphimia glauca, Histaminum hydrochloricum, enxofre (0,05%)
Zinco	Suplemento de zinco	Gluconato de zinco

Os resultados do estudo (Tabela 16) demonstram que, para a maioria dos casos, 8 em 8 réplicas apresentaram resultados positivos para cada combinação de vírus e substância testada, não tendo sido observada interferência. Quando Zicam foi inicialmente testado na concentração de 15% p/v, foi observada interferência na detecção dos vírus da gripe B e vírus respiratório sincicial A. Contudo, quando Zicam foi testado na concentração de 7,5% p/v, não se observou interferência.

Tabela 16: Valores de Ct médios para alvos Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus testados na presença de substâncias potencialmente interferentes

Substância	Concentração testada	Número de resultados corretos/número testado					
		SARS-CoV-2/ USA-WA-1	Influenza A/Idaho/ 07/2018	H3N2 gripe A/ Hong Kong/ 45/2019	Vírus da gripe B/ Washington /02/2019	RSV A/2/ Austrália/61	RSV B/9320/ MA/77
Matriz de zaragatoa nasofaríngea/ nasal simulada de controlo (nenhuma substância)	100% (v/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Anefrina	15% (v/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Sulfato de albuterol	0,83 mg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Meio de transporte universal BD	NA	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Sangue	2% (v/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Zaragatoa Copan M	NA	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Spray nasal de propionato de fluticasona	5 µg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Mentol	1,7 mg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Mucina	0,1% (p/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Mupirocina	10 mg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
PHNY	15% (v/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Remel M4RT	NA	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Remel M5	NA	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Soro fisiológico	15% (v/v)	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Tamiflu	7,5 mg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Tobramicina	4 µg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8
Zicam	15% (p/v)	8/8	8/8	8/8	5/8 ^a	7/8 ^b	8/8
Zinco	0,1 µg/ml	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8

^a Com Zicam 15% (p/v), foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre o Ct da média do controlo e o Ct da média do teste. Os testes foram repetidos com Zicam 7,5% (p/v), não se tendo observado diferença clinicamente significativa entre o Ct do vírus da gripe B da média do controlo e o Ct do vírus da gripe B da média do teste.

^b Com Zicam 15% (p/v), foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre o Ct da média do controlo e o Ct da média do teste. Os testes foram repetidos com Zicam 7,5% (p/v), não se tendo observado diferença estatisticamente significativa entre o Ct do vírus respiratório sincicial A da média do controlo e o Ct do vírus respiratório sincicial A da média do teste.

19.8 Contaminação por transferência (carry-over)

Foi realizado um estudo para avaliar se os cartuchos de teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus independentes, de utilização única, impedem a contaminação por transferência (carry-over) de amostras e amplicões, testando uma amostra negativa imediatamente após o teste de amostra positiva muito alta no mesmo módulo GeneXpert. A amostra negativa utilizada neste estudo consistiu numa matriz simulada de amostra nasofaríngea/nasal obtida por zaragatoa e a amostra positiva consistiu em concentrações elevadas do vírus da gripe B e do SARS-CoV-2 (Flu B/Wisconsin/10/2016 em 1,0e6 TCID₅₀/ml e SARS-CoV-2 USA-WA1/2020 inativado em 1e4 cópias/ml) semeados em amostra nasofaríngea/nasal obtida por zaragatoa negativa. A amostra negativa foi testada num módulo GeneXpert no início do estudo. Após o teste inicial da amostra negativa, foi processada imediatamente a seguir no mesmo módulo GeneXpert uma amostra muito positiva seguida por outra amostra negativa. Este processo foi repetido, pelo menos, 20 vezes no mesmo módulo, perfazendo 20 amostras positivas e 21 negativas para o módulo. O estudo foi repetido utilizando um segundo módulo GeneXpert para um total de 40 amostras positivas e 42 amostras negativas. Todas as 40 amostras positivas foram corretamente apresentadas como **SARS-CoV-2 POSITIVO (SARS-CoV-2 POSITIVE); Gripe A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); Gripe B POSITIVO (Flu B POSITIVE)** ou **VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL NEGATIVO (RSV NEGATIVE)**. Todas as 42 amostras negativas foram corretamente apresentadas como **SARS-CoV-2 NEGATIVO (SARS-CoV-2 NEGATIVE); Gripe A NEGATIVO (Flu A NEGATIVE); Gripe B NEGATIVO (Flu B NEGATIVE)** ou **VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCICIAL (RSV NEGATIVE)** com o teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus. Não foi observada contaminação por transferência de amostras ou amplicões neste estudo.

19.9 Reprodutibilidade

A reprodutibilidade do teste Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus foi estabelecida em três locais utilizando um painel de 9 membros, incluindo uma amostra negativa, quatro positivas baixas (~1,5X LoD) e quatro positivas moderadas (~3X LoD). A amostra negativa consistiu numa matriz simulada sem microrganismo alvo ou ARN alvo. As amostras positivas foram amostras manipuladas numa matriz simulada, utilizando NATrol SARS-CoV-2 (ZeptoMetrix) inativado e culturas virais de Influenza A/Idaho/07/2018, Influenza B/Wisconsin/10/2016 e RSV B/Wash/18537/62.

Os testes foram realizados ao longo de seis (6) dias, utilizando três (3) lotes de Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus em três (3) locais participantes cada um com dois (2) operadores para produzir um total de 144 observações por membro do painel (3 locais x 2 operadores x 3 lotes x 2 dias/lote x 2 execuções x 2 réplicas = 144 observações por membro de painel). Os resultados do estudo são resumidos na Tabela 17.

Tabela 17: Resumo dos resultados da reprodutibilidade - % de concordância

Amostra	Local 1			Local 2			Local 3			% concordância total [IC de 95%]
	Op. 1	Op. 2	Local	Op. 1	Op. 2	Local	Op. 1	Op. 2	Local	
Negativo	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]
SARS-CoV-2 Posit. baixo	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]
SARS-CoV-2 Posit. mod.	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]
Gripe A Posit. baixo	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]
Gripe A Posit. mod.	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]
Gripe B Posit. baixo	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	95,8% 23/24	95,8% 23/24	95,8% 46/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	98,6% (142/144) [95,1-99,6]
Gripe B Posit. mod.	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 23/23	95,8% 23/24	97,9% 46/47	99,3% (142/143) [96,1-99,9]
Vírus respiratório sincicial Posit. baixo	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	95,8% 23/24	100% 24/24	97,9% 47/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	99,3% (143/144) [96,2-99,9]
Vírus respiratório sincicial Posit. mod.	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% 24/24	100% 24/24	100% 48/48	100% (144/144) [97,4-100,0]

20 Referências

1. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>. Acesso em 9 de fevereiro de 2020.
2. bioRxiv. (<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1>). Acesso em 3 de março de 2020.
3. Petric M, Comanor L, Petti CA. Role of the laboratory in diagnosis of influenza during seasonal epidemics and potential pandemics. *J Infect Dis.* 2006;194:S98-110.
4. Schweiger B, Zadow I, Heckler R, et al. Application of a fluorogenic PCR assay for typing and subtyping of influenza viruses in respiratory samples. *J Clin Micro.* 2000;38:1552-1558.
5. <http://www.cdc.gov/flu/about/viruses/types.htm>. Acesso em 19 de maio de 2016.
6. <http://www.cdc.gov/RSV/index.html>. Acesso em 14 de março de 2013.
7. Acero-Bedoya, S., Wozniak, P. S., Sánchez, P. J., Ramilo, O., & Mejias, A. (2019). Recent trends in RSV immunoprophylaxis: clinical implications for the infant. *American journal of perinatology*, 36(S 02), S63-S67.
8. Solomon, D. A., Sherman, A. C., & Kanjilal, S. (2020). Influenza in the COVID-19 Era. *Jama*, 324(13), 1342-1343.
9. Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical laboratories (consultar a edição mais recente). <http://www.cdc.gov/biosafety/publications/>
10. Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline. Document M29 (consultar a edição mais recente).
11. REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
12. Occupational Safety and Health Standards, Hazard Communication, Toxic and Hazard Substances (March 26, 2012) (29 C.F.R., pt. 1910, subpt. Z).

21 Locais das sedes da Cepheid

Sede corporativa

Cepheid
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089
USA

Telefone: + 1 408 541 4191
Fax: + 1 408 541 4192
www.cepheid.com

Sede europeia

Cepheid Europe SAS
Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont
France

Telefone: + 33 563 825 300
Fax: + 33 563 825 301
www.cepheidinternational.com

22 Technical Assistance

Before contacting Cepheid Technical Support, collect the following information:

- Product name
- Lot number
- Serial number of the instrument
- Error messages (if any)
- Software version and, if applicable, Computer Service Tag Number

US

Telephone: + 1 888 838 3222
Email: techsupport@cepheid.com
















France

Telephone: + 33 563 825 319
Email: support@cepheideurope.com

Contact information for all Cepheid Technical Support offices is available on our website: www.cepheid.com/en_US/support/contact-us.

Termos e Condições da Cepheid podem ser encontrados em www.cepheid.com/en/support/support/order-management.

23 Tabela de símbolos

Símbolo	Significado
	Número de catálogo
	Marcação CE — Conformidade Europeia
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Não reutilizar
	Código de lote
	Consultar as instruções de utilização
	Cuidado
	Fabricante
	País de fabrico
	Conteúdo suficiente para <i>n</i> testes
	Controlo
	Prazo de validade
	Limites de temperatura
	Riscos biológicos
	Para utilização apenas com receita médica



Cepheid
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089
EUA
Telefone: + 1 408 541 4191
Fax: + 1 408 541 4192



Cepheid Europe SAS
Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont
França
Telefone + 33 563 825 300
Fax: + 33 563 825 301



24 Histórico de revisões

Descrição das alterações: 302-7085, Rev. B para Rev. C

Finalidade: Atualizações relativas às instruções de utilização

Secção	Descrição da alteração
10.1	Instruções adicionadas para consultar o folheto informativo de Copan eNAT para segurança e manuseamento e para evitar o contacto direto entre tiocianato de guanidina e hipoclorito de sódio.
16	Corrigidas interpretações de resultados para corresponderem ao algoritmo baseado nos resultados do ADF.
19	Especificada taxa inicial de não determinados e adicionada taxa final de não determinados.
24	Atualização da tabela relativa ao histórico de revisões.